단기사용기관·기관지용튜브·카테터 수인 18-4674 호 첨부문서 : 사용목적, 사용방법, 사용시 주의사항 및 저장방법

제품명 및 신고번호: 단기사용기관·기관지용튜브·카테터 수인 18-4674 호

모델명: 제조원 라벨 참조

수입자의 상호 및 주소: ㈜대석메드 - 서울시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 1-326

제조자: Well Lead Medical Co., Ltd. (중국)

제조번호 및 제조연월: 제조원 라벨 참조

사용목적: 단기적 사용을 목적으로 기도를 확보하기 위하여 구강을 통하여 삽입하는 튜브·카테터

사용방법: 가. 사용 전 준비사항)1. 환자에 맞는 적합한 사이즈를 선택해야 한다. 2. 포장이 뜯겨져 있거나 손상되어 있는 경우 사용하지 않는다. 3. 사용전 반드시 사용방법 및 사용시 주의사항을 읽고 사용한다. 4. 환자의 자발호흡이 돌아오려고 할 때에는 환자의 구역질을 방지하기 위하여 에어웨이를 반드시 빨리 제거할 수 있도록 한다. 5. 환자의 의식이 있는데도 에어웨이를 사용할 경우 환자의 구역질 또는 구토를 유발할 수 있다. 6. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않는다. 나. 사용방법)1. 환자에 삽입할 에어웨이의 사이즈를 확인 및 선택한다. 2. 포장을 제거한다. 3. 제품의 끝 부분을 뒤집어서 환자의 구개부(입천장)에 자연스럽게 향하게 하면서 환자의 입안에 반정도 삽입한다. 4. 환자의 구강에 천천히 180 도 회전하면서 삽입한다. 5. 제품의 테두리 부분이 환자의 입술에 기댈 수 있을 때까지 삽입한다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법)1. 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용하거나 임의로 소독 후 재사용하면 환자에 유해를 가할 수 있다. 2. 사용 후 폐기 시 원내 규정된 폐기물 절차에 따라 폐기해야 한다.

사용 시 주의사항: 가. 금기)1. 환자가 의식이 있을 때 사용 시 구역질 또는 구토를 유발할 수 있으므로 의식이 있는 환자에 대한 본 제품 사용은 부적절함. 2. 앞 치아 부분이 손상되어 있거나 빠져있는 환자에 대한 본 제품 사용은 부적절함. 나. 주의사항)1. 본 제품은 일회용 품목으로서 재소독 및 재사용을 금함. 2. 기도확보 및 유지 이외의 다른 용도로 사용을 금함. 3. 지나치게 큰 사이즈 제품을 선택하여 부적절하게 사용 시 환자의 기도를 오히려 막거나 손상을 줄 수 있으므로 환자에 적합한 사이즈 선택에 유의하여야 함.

저장방법: 어둡고 서늘하고 건조한 장소에 보관한다.

본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용 금지. (문서개정일자: 2026.11.16)

부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183